



MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos
CNPJ-03.238.920/0001-30



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERENTE: PREGAO PRESENCIAL SRP nº. 019/2021/PMNO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO LABORATORIO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT.

DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

Foi Recebido, via e-mail, no dia 30 de março de 2021, no departamento de licitações pedido de esclarecimento da empresa TECHNICAL SALES IDEXX WATER , acerca das disposição do edital na licitação supracitada.

DAS RESPOSTAS AOS PEDIDO

Empresa : No item 6: descrição “SISTEMA CROMOGÊNICO ONPG/MUG PARA DETERMINAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E E-COLI POR FLUORESCÊNCIA. PARA DETERMINAÇÃO QUAILITATIVA, PRESENÇA/AUSÊNNCIA OU QUALITATIVA MEDIANTE USO DO ACESSÓRIO DE QUANTIFICAÇÃO, KIT PARA 200 TESTES, VALIDADE DE 12 MESES “



MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos
CNPJ-03.238.920/0001-30



A validade é citada de 12 meses, mas como o nosso produto é Importado, gostaria de saber se será aceito com validade na entrega com 8 meses para o vencimento, já que a importação pode demorar e a validade mínima que conseguimos atender seria 8 meses devido a pandemia, está mais difícil conseguir validade maior na entrega.

Prefeitura: será aceito o produto com validade mínima de 08 e máxima de 12 meses.

Empresa: No item 7: descrição "KIT PARA QUALIFICAÇÃO DE COLIFORMES TATAISE E-COLI. KIT PARA 100 TESTES" Para este item temos uma solução, para uso em conjunto com o item 6, conforme o link abaixo, e anexo, gostaria que avaliasse se o produto solicitado seria este ou pudesse discriminar melhor o que está sendo pedido.

Prefeitura: será aceito o produto compatível com o descritivo ou superior.

Nova Olímpia-MT 07 de abril de 2021

Eliete silva

Pregoeira port. 72/2020

Original assinado nos autos do processo.