

Nota de esclarecimento

Acerca do descritivo do item 07 do termo de referenciado edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2021/PMNO deverá ser considerado o seguinte complemento do descritivo do item.

Item 07:

KIT PARA QUALIFICAÇÃO DE COLIFORMES TATAISE E-COLI. KIT PARA 100 TESTES

Reagente COLITAG caixa com 100 unidades Código 4600-0013, Marca CPI , Substrato Cromogênico definido ONPG-MUG, com resultados confirmativos para presença de coliformes Totais em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e resultados positivos para E.Coli. confirmativo em 24 horas pela observação de Fluorescência, sem necessidade de adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA Metodologia de acordo com Standard Methods for Examination of Water and Wastewater Aprovado e Registrado pelo Ministério da Saúde (REG 25000.584-079/09-96) Caixa com 100 unidades, embalagem individual com quantidade suficiente para 100 de amostra.

Será aceito o produto compatível com o descritivo ou superior.

Nova Olímpia-MT 08 de abril de 2021

Eliete silva

Pregoeira port. 72/2020

Original assinado nos autos do processo.